



Impresión: 10/06/25 09:51:26
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	300030030-85 Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 188									
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0188 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0188, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año Celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Otubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
DROGUERIA IB SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.890.683,60	1.890.683,60	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.:	Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 188 [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0188 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0188, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año Celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Otubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
2	300030030-87 Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 189									
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0189 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0189, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno Limpieza interna y externa del equipo									



Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
DROGUERIA IB SA	Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año Celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego
Marca:	Laboratorio:
D. Amp. I.: 	Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 189 [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0189 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0189, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año Celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego
3	300030030-88 Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 190 unida unidad
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0190 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0190, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año Celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia –



Impresión: 10/06/25 09:51:26
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
Tierra del Fuego									
DROGUERIA IB SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.890.683,60	1.890.683,60	0,00	0,00
Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.: Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 190									
[2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS									
ASEK-0190 - HRU									
Especificaciones técnicas									
Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0190, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno									
Limpieza interna y externa del equipo									
Chequeo de funciones generales									
Accesorios mínimos									
Kit mantenimiento un año									
Celda de oxígeno									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.									
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR									
El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
4	300030030-86 Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 191								
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS								
ASEK-0191 - HRUç									
Especificaciones técnicas									
* Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0191, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno									
* Limpieza interna y externa del equipo									
* Chequeo de funciones generales									
Accesorios mínimos*									
* Kit mantenimiento un año									
* celda de oxígeno									
CONSIDERACIONES GENERALES									
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.									
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR									
El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
DROGUERIA IB SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.890.683,60	1.890.683,60	0,00	0,00
Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.: Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 191									
[2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS									
ASEK-0191 - HRUç									
Especificaciones técnicas									
* Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASEK-0191, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda									



Impresión: 10/06/25 09:51:26
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	de oxígeno * Limpieza interna y externa del equipo * Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos* * Kit mantenimiento un año * celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
5	300030030-9 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia Pesos									
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS ASKM-0270 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0270, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
DROGUERIA IB SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.983.671,00	1.983.671,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
D. Amp. I.:	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS ASKM-0270 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0270, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									



Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
6	300030030-9 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia Pesos									
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS ASKM-0271 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0271, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
DROGUERIA IB SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.983.671,00	1.983.671,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado						
D. Amp. I.:	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS ASKM-0271 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0271, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Octubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
7	300030030-89 Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 166 unidad									
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS ASDK-0166 - HRRG Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASDK-0166, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año Celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES									



Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.								
DROGUERIA IB SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.890.683,60	1.890.683,60	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:								
D. Amp. I.:	Estado Oferente: Habilitado								
Servicio de mantenimiento Mesa de Anestesia drager 166 [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Fabius Plus NS ASDK-0166 - HRRG Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Fabius Plus NS ASDK-0166, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de filtro antibacteriano o Cambio de juntas o Cambio de Junta tórica o Recambio de celda de oxígeno Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año Celda de oxígeno CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.									
8	300030030-9 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia Pesos								
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS ASKM-0265 - HRRG Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0265, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.								
DROGUERIA IB SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.983.671,00	1.983.671,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:								
D. Amp. I.:	Estado Oferente: Habilitado								
Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS ASKM-0265 - HRRG Especificaciones técnicas									



Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
9		Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0265, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica								
		Limpieza interna y externa del equipo								
		Chequeo de funciones generales								
		Accesorios mínimos								
		Kit mantenimiento un año								
		CONSIDERACIONES GENERALES								
		NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE								
		POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.								
		NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR								
		El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.								
*		300030030-9 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia Pesos								
		Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS								
		ASKM-0266 - HRRG								
		Especificaciones técnicas								
		Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0266, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica								
		Limpieza interna y externa del equipo								
		Chequeo de funciones generales								
		Accesorios mínimos								
		Kit mantenimiento un año								
		CONSIDERACIONES GENERALES								
		NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE								
	POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.									
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR									
	El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.									
DROGUERIA IB SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.983.671,00	1.983.671,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado			
D. Amp. I.:		Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia								
		[2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS								
		ASKM-0266 - HRRG								
		Especificaciones técnicas								
		Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0266, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica								
		Limpieza interna y externa del equipo								
		Chequeo de funciones generales								
		Accesorios mínimos								
		Kit mantenimiento un año								
		CONSIDERACIONES GENERALES								
		NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE								
		POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.								
		NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR								
		El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.								
10		300030030-9 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia Pesos								



Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS									
	ASKM-0267 - HRRG									
	Especificaciones técnicas									
	Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0267, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica									
	Limpieza interna y externa del equipo									
	Chequeo de funciones generales									
	Accesorios mínimos									
	Kit mantenimiento un año									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.									
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR										
El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.										
DROGUERIA IB SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.983.671,00	1.983.671,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia									
	[2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS									
	ASKM-0267 - HRRG									
	Especificaciones técnicas									
	Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0267, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica									
	Limpieza interna y externa del equipo									
	Chequeo de funciones generales									
	Accesorios mínimos									
	Kit mantenimiento un año									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.									
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR									
	El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.									
11	300030030-9 Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia Pesos									
*	Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS									
	ASKM-0268 - HRRG									
	Especificaciones técnicas									
	Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0268, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica									
	Limpieza interna y externa del equipo									
	Chequeo de funciones generales									
	Accesorios mínimos									
	Kit mantenimiento un año									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.									
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR										
El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra										



Compra N°: 185/2025-525
P.A.: N° 45561 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 09/06/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
DROGUERIA IB SA	buena – Rio Grande– Tierra del Fuego. 0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.983.671,00	1.983.671,00	0,00	0,00	
Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado										
D. Amp. I.: Manten y reparacion Maquina/Mesa de anestesia [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Mesa de Anestesia marca Dräger modelo Primus NS ASKM-0268 - HRRG Especificaciones técnicas Mantenimiento Mesa de Anestesia Dräger modelo Primus NS ASKM-0268, deberá incluir: o Recambio de membrana de tapa o Recambio de estera filtrante o Cambio de anillo “O” o Cambio de Junta tórica Limpieza interna y externa del equipo Chequeo de funciones generales Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona Norte – en la calle makinlay y piedra buena – Rio Grande– Tierra del Fuego.										
12	300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos									
*	Mantenimiento preventivo de Respirador marca Dräger modelo Babylog VN500 NS ASLB-0069 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Respirador Dräger modelo Babylog VN500 NS ASLB-0069, deberá incluir: o Ejecución protocolo de mantenimiento anual del respirador o Cambio de batería interna Limpieza interna y externa del equipo Revisión y calibración de parámetros como % oxígeno, volumen, frecuencia, etc. Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el Lugar de entrega: Departamento de Gestión de Tegnologías Médicas Zona sur – 12 de Otubre N.º 65 – Ushuaia – Tierra del Fuego									
DROGUERIA IB SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.431.072,82	2.431.072,82	0,00	0,00	
Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado										
D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador [2025 525-213] Mantenimiento preventivo de Respirador marca Dräger modelo Babylog VN500 NS ASLB-0069 - HRU Especificaciones técnicas Mantenimiento Respirador Dräger modelo Babylog VN500 NS ASLB-0069, deberá incluir: o Ejecución protocolo de mantenimiento anual del respirador o Cambio de batería interna Limpieza interna y externa del equipo Revisión y calibración de parámetros como % oxígeno, volumen, frecuencia, etc. Accesorios mínimos Kit mantenimiento un año CONSIDERACIONES GENERALES										

