



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 22/08/25 10:55:47
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Fecha: 22/08/25

Compra N°: 275/2025-525

P.A.: N° 71041 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 18/08/25 - 12:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	Desplazamiento volumétrico máximo aproximado de50 m3/h o superior Consumo de agua aproximado 6,5 l/minuto Vacío máximo 730 mmHg Conexión al sistema superior CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el lugar de entrega: departamento de gestión de tecnologías médicas zona sur -12 de octubre n°65 – ushuaia (9410) – tierra del fuego aeias.							
LASTECH S.R.L		0	1,00	1,00	0,00	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00
	Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado							0,00
D. Amp. I.:	Bomba de Vacío para Autoclave-COTIZA BOMBA DE VACIO ORIGINAL MODELO MDVMF1 MARCA DESCALZI PARA EQUIPO AUTOCLAVE HOGNER VAP 5001-VER PRESUPUESTO Y NOTA ADJUNTA [2025 525-297] Bomba de Vacío compatible con Autoclave marca Högnér modelo VAP5001 Especificaciones técnicas Bomba de vacío Revoluciones 2800 RPM o similar Potencia 2 HP Alimentación: 220V 50 Hz Desplazamiento volumétrico máximo aproximado de50 m3/h o superior Consumo de agua aproximado 6,5 l/minuto Vacío máximo 730 mmHg Conexión al sistema superior CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE POR EJEMPLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega corresponde a 30 días desde la notificación de la orden de compra al proveedor, siendo el lugar de entrega: departamento de gestión de tecnologías médicas zona sur -12 de octubre n°65 – ushuaia (9410) – tierra del fuego aeias.							

