



Compra N°: 262/2025-525
P.A.: N° 42904 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 12/08/25 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030030-59 Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 1 UNIDAD								
*	ANALIZADOR DE IONES DIESTRO 103APV4 SN 5831 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de electrodos (Referencia, Na+, Cl-, K+) Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de Membranas. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 1, 2 y 3: Laboratorio Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil – sito en Batalla de Georgias 775 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego								
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.776.177,60	2.776.177,60	0,00	0,00
Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.: Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 1-COTIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR DE IONES MARCA DIESTRO, MODELO 103AP V4, SN5831, CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO-JUVENIL. INCLUYE EL TUBULADURAS-VER PRESUPUESTO ADJUNTO [2025 525-286] ANALIZADOR DE IONES DIESTRO 103APV4 SN 5831 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de electrodos (Referencia, Na+, Cl-, K+) Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de Membranas. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 1, 2 y 3: Laboratorio Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil – sito en Batalla de Georgias 775 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego									
2	300030030-60 Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 2 UNIDAD								
*	AUTONALIZADOR DE QUIMICA DIRUI CST-240 SN 200854620210729000000 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas Recambio de lámpara								



Impresión: 21/08/25 10:15:51
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Compra N°: 262/2025-525
P.A.: N° 42904 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 12/08/25 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	Recambio de bomba dual de vacío CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 1, 2 y 3: Laboratorio Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil – sito en Batalla de Georgias 775 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego								
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.993.520,00	1.993.520,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado								
D. Amp. I.:	Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 2-COTIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AUTOANALIZADOR DE QUIMICA MARCA DIRUI MODELO CST240, SERIAL NUMBER 200854620210729000000 CENTRO PROVINCIAL DE SA ADJUNTO-NO SE CONTEPLÓ EL CAMBIO DE BOMBA DE VACIO PARA EL EQUIPO AUTOANALIZADOR DE QUIMICA DIRUI CST-240 SN [2025 525-286] AUTONALIZADOR DE QUIMICA DIRUI CST-240 SN 2008546202107290000000 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas Recambio de lámpara Recambio de bomba dual de vacío CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 1, 2 y 3: Laboratorio Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil – sito en Batalla de Georgias 775 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego								
3	300030030-61 Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 3 UNIDAD								
*	CONTADOR HEMATOLOGICO DIRUI BCC3600 SN 2003600BCC0205 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas Cambio de aguja de toma de diluyente CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 1, 2 y 3: Laboratorio Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil – sito en Batalla de								



Impresión: 21/08/25 10:15:51
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Compra N°: 262/2025-525
P.A.: N° 42904 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 12/08/25 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
Georgias 775 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego									
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	3.758.780,28	3.758.780,28	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
D. Amp. I.: Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 3-COTIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTADOR HEMATOLOGICO MARCA DIRUI MODELO BCC3600, SERIAL NUMBER 2003600BCC0205 CENTRO DE SALUD INFANTO-TODOS LOS CAMBIOS-VER PRESUPUESTO ADJUNTO [2025 525-286] CONTADOR HEMATOLOGICO DIRUI BCC3600 SN 2003600BCC0205 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas Cambio de aguja de toma de diluyente CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 1, 2 y 3: Laboratorio Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil – sito en Batalla de Georgias 775 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego									
4	300030030-62 Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 4 UNIDAD								
*	ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE EDAN I15 SN 960360-M2B19210008 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 4, 5 y 6: Laboratorio Centro Modular Sanitario Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego.-								
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	563.280,00	563.280,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
D. Amp. I.: Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 4-COTIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES MARCA EDAN MODELO i15 SERIAL NUMBER 960360-M20B19210008 CENTRO ASISTENCIA TOLHUI [2025 525-286] ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE EDAN I15 SN 960360-M2B19210008 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas CONSIDERACIONES GENERALES									



Compra N°: 262/2025-525
P.A.: N° 42904 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 12/08/25 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
		NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 4, 5 y 6: Laboratorio Centro Modular Sanitario Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego.-								
5		300030030-63 Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 5 UNIDAD								
*		ANALIZADOR DE INMUNOLOGIA SNIBE MAGLUMI 300 SN 0101010003022000153 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 4, 5 y 6: Laboratorio Centro Modular Sanitario Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego.-								
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L		0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
D. Amp. I.:		Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 5-COTIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR DE INMUNOLOGIA MARCA SNIPE MODELO MAGLUMI 600 CENTRO ASISTENCIA TOLHUIN-VER PRESUPUESTO ADJUNTO [2025 525-286] ANALIZADOR DE INMUNOLOGIA SNIBE MAGLUMI 300 SN 0101010003022000153 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 4, 5 y 6: Laboratorio Centro Modular Sanitario Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego.-								
6		300030030-64 Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 6 UNIDAD								
*		AUTOANALIZADOR DE QUIMICA SNIBE BIOSAYS 240 PLUS SN 0101020005012200065 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros.								



Impresión: 21/08/25 10:15:51
Nº de Hoja: 5
Cm0059

Compra N°: 262/2025-525
P.A.: N° 42904 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 12/08/25 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo										
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado		
	Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas Recambio de bombas de vacío. Recambio de electrodos (Referencia, Na+, Cl-,Ca, PH, K+) CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 4, 5 y 6: Laboratorio Centro Modular Sanitario Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego.-										
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	6.337.326,84	6.337.326,84	0,00	0,00		
Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado					
D. Amp. I.: Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 6-COTIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOANALIZADOR DE QUIMICA MARCA SNIBE MODELO BIOSsays 240p SN0101020005012200065 CENTRO ASISTENCIA TOLHUIN-TODO CONTEMPLADOS LOS CAMBIOS-VER PRESUPUESTO ADJUNTO [2025 525-286] AUTOANALIZADOR DE QUIMICA SNIBE BIOSsays 240 PLUS SN 0101020005012200065											
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se requiere mantenimiento preventivo y revisión de estado general. Recambio de filtros. Recambio de todas las tubuladuras. Recambio de membranas Recambio de bombas de vacío. Recambio de electrodos (Referencia, Na+, Cl-,Ca, PH, K+) CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Renglón 4, 5 y 6: Laboratorio Centro Modular Sanitario Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego.-											

