



"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

=====

**MINISTERIO DE SALUD**  
SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS  
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA SANITARIA  
DPTO DE GESTION DE TECNOLOGIAS MEDICAS ZN

INF N° 020/2025

Letra: DGTMMZN-MS

Rio Grande, 10 de Setiembre de 2025

### **Informe Técnico de Preadjudicación**

### **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 268/25-525- COMPULSA ABREVIADA**

En la ciudad de Río Grande a los 02 días del mes de Setiembre de 2025, a fin de analizar las ofertas recibidas en la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 268/25-525- COMPULSA ABREVIADA, tramitada por el expediente MS-E-48309-2025, referente a "ADQ. DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINAS DE BIOSEGURIDAD LOCALIZADAS EN LOS SERVICIOS DE ONCOLOGIA Y LABORATORIO DEL H.R.R.G. - MS INDICE DE PRIORIDAD:TM - 01.", habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a:

### **AVALAR**

- **Proveedor INSTRUMENTOS DEL SUR SA, CUIT N° 30-70943276-8:** RENGLÓN 1 ALT 00. Por cumplimentar con las condiciones técnicas solicitadas en el formulario de cotización, en nro. de orden 21, contrastándola con la documentación presentada por el oferente en nro. de orden 28 y 29.  
La oferta económica presentada por el oferente, se observa que supera en más de un 20% la reserva presupuestaria inicial, en orden 19. Sin embargo, esta propuesta se avala, porque el equipo Cabina de bioseguridad Biológica Marca Euroclone BIOAIR modelo SafeMate Cyto1.2 S/N: K4132, se encuentra localizada y es utilizada por el Servicio de Oncología del HRRG, en la preparación de medicación para el tratamiento con quimioterapia, este equipo permite realizar el procedimiento con total seguridad para el personal, ya que utiliza sustancias altamente tóxicas. Este procedimiento permitiría continuar utilizando el equipo de manera fiable y eficaz, que de otro modo, no se podrían seguir realizando los tratamientos los pacientes oncológicos. Además, la reserva inicial de crédito se realizó en base a un presupuesto con fecha de 04/04/2025, y el valor del dólar desde esa fecha hasta la actualidad ha tenido un importante incremento y los repuestos necesarios son importados y cotizan en dicha moneda. Esta firma es el distribuidor autorizado por la Firma BIOAIR orden 30, por lo que posee el Know How y repuesto originales para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a este equipo.
- **Proveedor INSTRUMENTOS DEL SUR SA, CUIT N° 30-70943276-8:** RENGLÓN 2 ALT 00. Por cumplimentar con las condiciones técnicas solicitadas en el formulario de cotización, en nro. de orden 21, contrastándola con la documentación presentada por el oferente en nro. de orden 28 y 29.  
La oferta económica presentada por el oferente, se observa que supera en más de un 20% la reserva presupuestaria inicial, en orden 19. Sin embargo, esta propuesta se avala, porque el equipo Cabina de bioseguridad Biológica Marca Nuaire BIOAIR modelo UN 425-400E S/N: 166936012615, se encuentra localizada y es utilizada por el de laboratorio Central del HRRG, en el preparado de cultivos altamente patógenos, este equipo permite realizar el procedi-

**MINISTERIO DE SALUD**  
SECRETARÍA DE RECURSOS FÍSICOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA  
DPTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZN

miento con total seguridad para el personal. Este procedimiento permitiría continuar utilizando el equipo de manera fiable y eficaz, que de otro modo, no se podrían seguir realizando los diagnósticos a pacientes que concurren al HRRG. Además, la reserva inicial de crédito se realizó en base a un presupuesto con fecha de 04/04/2025. Esta firma fue la que presentó la propuesta de menor valor económico.

- **Proveedor INSTRUMENTOS DEL SUR SA, CUIT N° 30-70943276-8:** RENGLÓN 3 ALT 00. Por cumplimentar con las condiciones técnicas solicitadas en el formulario de cotización, en nro. de orden 21, contrastándola con la documentación presentada por el oferente en nro. de orden 28 y 29.

La oferta económica presentada por el oferente, se observa que supera en más de un 20% la reserva presupuestaria inicial, en orden 19. Sin embargo, esta propuesta se avala, porque el equipo Cabina de bioseguridad Biológica Marca Euroclone BIOAIR modelo SafeMate EZ 1.2 S/N: U4996, se encuentra localizada y es utilizada por el de laboratorio Central del HRRG, en el preparado de cultivos altamente patógenos, este equipo permite realizar el procedimiento con total seguridad para el personal. Este procedimiento permitiría continuar utilizando el equipo de manera fiable y eficaz, que de otro modo, no se podrían seguir realizando los diagnósticos a pacientes que concurren al HRRG. Además, la reserva inicial de crédito se realizó en base a un presupuesto con fecha de 04/04/2025. Esta firma es el distribuidor autorizado por la Firma BIOAIR orden 30, por lo que posee el Know How y repuesto originales para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a este equipo. Además, fue la que presentó la propuesta de menor valor económico.

## **NO AVALAR**

- **Proveedor MICROFILTER S.A. CUIT N° 30-66066327-0:** RENGLÓN 1 ALT 00. Por NO cumplimentar con las condiciones técnicas y económicas solicitadas en el formulario de cotización, en nro. de orden 21, contrastándola con la documentación aclaratoria presentada por el oferente en nro. de orden 35. No presupuesta ni los repuestos, ni los procedimientos del cambio de filtros y motor solicitado. Solicita el pago del 50% anticipado
- **Proveedor MICROFILTER S.A. CUIT N° 30-66066327-0:** RENGLÓN 2 ALT 00. Por No cumplimentar con las condiciones económicas solicitadas en el formulario de cotización, en nro. de orden 21, contrastándola con la documentación aclaratoria presentada por el oferente en nro. de orden 35. Solicita el pago del 50% anticipado
- **Proveedor MICROFILTER S.A. CUIT N° 30-66066327-0:** RENGLÓN 3 ALT 00. Por no cumplimentar con las condiciones económicas solicitadas en el formulario de cotización, en nro. de orden 21, contrastándola con la documentación aclaratoria presentada por el oferente en nro. de orden 35. Solicita el pago del 50% anticipado



=====

**MINISTERIO DE SALUD**  
SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS  
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA SANITARIA  
DPTO DE GESTION DE TECNOLOGIAS MEDICAS ZN

"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

En base al análisis realizado, se presenta el siguiente Orden de Mérito:

### CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

NÚMERO DE ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	OFERTA ÚNICA	00	<b>INSTRUMENTOS DEL SUR SA</b>
ITEM 2	1	00	<b>INSTRUMENTOS DEL SUR SA</b>
ITEM 3	1	00	<b>INSTRUMENTOS DEL SUR SA</b>

Para el análisis en el orden de mérito, se tomó el punto de vista económico.

En relación a los ítems con la leyenda "OFERTA ÚNICA", se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11 Art. 34 Punto 58).

Se considera que la oferta conviene y es adecuada (no es inconveniente), ya que pese a ser una oferta única, la firma es la única que puede ofrecer repuestos originales, son los distribuidores oficiales a nivel nacional. Este hecho permite asegurar la fiabilidad y eficacia del funcionamiento cuando se utilicen los repuestos solicitados. Al ser la única firma que posee la representación oficial en el país, es la única empresa que puede presupuestar el repuesto original y por lo tanto con menor precio, para comercializarlo otra firma se lo debe comprar a la firma **INSTRUMENTOS DEL SUR SA** y a ese valor agregarle su beneficio para comercializarlo. Es adecuada y oportuno, porque el equipo permite realizar el preparado de los medicamentos para pacientes oncológicos, sin la realización de este procedimiento el equipo podría quedar fuera de servicio y por lo tanto no se podría realizar la atención de dichos pacientes.

Esp. Bioing. Juan Francisco Navoni  
Jefe Dpto. de Gestión de Tecnologías Médicas  
Ministerio de Salud TDF AeIAS

