



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur República
Argentina

=====

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS DIRECCION GENERAL DE
INGENIERIA SANITARIA

Tolhuin, 01 Octubre 2025

Asunto: Informe Técnico REF-MS-E-73076-2025

INFORME TÉCNICO DE PRE-ADJUDICACIÓN COMPRA N°298/2025-525

En la Ciudad de Tolhuin, a los 01 días del mes de octubre 2025, a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra Nro. 298/2025-525, tramitada en el expediente N°73076/2025 MS referente a la "S/ ADQUISICION UPS ON LINE 2000 VA PARA PROTECCION ELECTRICA EQUIPO ECOGRAFO SERVICIO DE GINECOLOGIA TOLHUIN, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD ", habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes corresponde informar lo siguiente:

AVALAR TÉCNICAMENTE:

- **PROVEEDOR LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO, CUIT N° 20-24518738-7**, avalar renglón: N° 1(alt 00) Apc Easy Ups OnLine Srv 2000Va 230V SRV2KIL-AR, por precio, características técnicas, calidad requerida y plazo de entrega establecido.
- **PROVEEDOR LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO, CUIT N° 20-24518738-7**, avalar renglón: N° 1(alt 01) Apc Easy Ups En Línea Srv 2000Va Rm 230V Con Paquete De Baterías RACK SRV2KRILRK-AR, por precio, características técnicas, calidad requerida y plazo de entrega establecido.
- **PROVEEDOR LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO, CUIT N° 20-24518738-7**, avalar renglón: N° 1(alt 02) Apc Easy Ups OnLine Srv 3000Va Rm 230V Con Paquete De Batería KitRielesSRV3KRILRK-AR, por precio, características técnicas, calidad requerida y plazo de entrega establecido. Si bien la potencia es mayor, no es impedimento para el uso requerido.
- **PROVEEDOR BOGDANICH, MARIANO GERMAN, CUIT N° 20-23462969-8**, avalar renglón: N° 1(alt 00) APC UPS EASY SRV 2000VA, 230V XL/LONG, por precio, características técnicas, calidad requerida y plazo de entrega establecido.

NO AVALAR TÉCNICAMENTE:

- **PROVEEDOR RIGA, JORGE SEBASTIAN CUIT N° 20-30571474-8**, NO avalar renglón: N° 1(alt 00) SL-2002UL-A UPS SMART FORZA 2000VA/1200W por no cumplir con las características técnicas solicitadas.
- **PROVEEDOR INSTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA, CUIT N° 30-71543714-3**, NO avalar renglón: N° 1(alt 00) UPS MARCA IT TECGNOLOGIES ON MODELO SP3 T 2000, por no cumplir con las características técnicas solicitadas.

De igual modo, se aconseja pre adjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

Renglón	INSUMO	ORDEN DE MÉRITO	PROVEEDOR
1(alt 00)	Apc Easy Ups OnLine Srv 2000Va 230V Con Batería Tiempo Ejecución Ext. SRV2KIL-AR,	1°	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur República
Argentina

=====

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS DIRECCION GENERAL DE
INGENIERIA SANITARIA

"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

1(alt 01)	Apc Easy Ups En Línea Srv 2000Va Rm 230V Con Paquete De Baterías RACK SRV2KRILRK-AR	2°	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO
1(alt 02)	Apc Easy Ups OnLine Srv 3000Va Rm 230V Con Paquete De Batería KitRielesSRV3KRILRK-AR	3°	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO
1(alt 00)	APC UPS EASY SRV 2000VA, 230V XL/LONG.	4°	BOGDANICH, MARIANO GERMAN

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Ing. Weber Carina
Jefe Dpto. Ing. Hospitalaria TOLHUIN
Ministerio de Salud TDF

