



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Hospital Regional Río Grande
Ministerio de Salud

“2026 – 20° Aniversario de la Sanción de la Ley Nacional 26.2026 de Educación Pública Nacional”

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION **COMPRA DIRECTA N° 29/2026 - 577**

En la ciudad de Río Grande, a los 09 días del mes de marzo de 2026 a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra directa N°29/2026- 577 tramitada por el Expediente N°12557/2026, referente a la S/ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIALISIS - COBERTURA 30 DIAS - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- *MEDIFAR S.R.L. CUIT: 30-71800743-3 Renglones: 1, 2, 3, 4 y 7*
- *BAPROSIS S.R.L. CUIT: 30-71214356-4 Renglones: 2, 2 (ALT 1), 3, 3 (ALT 1), 5 y 7.*
- *NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L CUIT: 30-54248232-6 Renglones: 2, 3, 5 y 6.*
- *BERCOR MEDICAL S.A. CUIT: 30-71872984-6 Renglón: 5.*
- *ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT: 20-12284563-0 Renglones: 2, 3, 5 y 6.*
- *ADVENIR SALUD S.A.S CUIT: 30-71701086-4 Renglones: 1, 2, 3, 5 y 6.*

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- **BAPROSIS S.R.L. CUIT: 30-71214356-4 Renglón:**
N°4: No se avala técnicamente debido que por antecedentes de uso se demostró que el insumo ofrecido presenta mayor frecuencia de obstrucción que el modelo HPS, comprometiendo su funcionalidad.
- **NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L CUIT: 30-54248232-6 Renglón:**
N°4: No se avala técnicamente debido que por antecedentes de uso se demostró que el insumo ofrecido presenta mayor frecuencia de obstrucción que el modelo HPS, comprometiendo su funcionalidad.
- **BERCOR MEDICAL S.A. CUIT: 30-71872984-6 Renglón:**
N°6: El modelo de insumo ofrecido no se ajusta a los requerimientos solicitados.
- **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT: 20-12284563-0 Renglón:**
N°4: No se avala técnicamente debido que por antecedentes de uso se demostró que el insumo ofrecido presenta mayor frecuencia de obstrucción que el modelo HPS, comprometiendo su funcionalidad.
- **ADVENIR SALUD S.A.S CUIT: 30-71701086-4 Renglón:**
N°4: No se avala técnicamente debido que por antecedentes de uso se demostró que el insumo ofrecido presenta mayor frecuencia de obstrucción que el modelo HPS, comprometiendo su funcionalidad.

OBSERVACION:

Respecto del renglón N°5, se recomienda pre adjudicar en 1° orden de mérito a la firma **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**, en virtud de que el insumo ofrecido ha demostrado buen desempeño en su colocación y en su uso posterior dentro del tratamiento de diálisis, conforme a antecedentes de uso en el servicio. Y en 2° orden de mérito a la firma **BERCOR MEDICAL S.A.**.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Hospital Regional Río Grande
Ministerio de Salud

En virtud de lo expuesto, se aconseja pre adjudicar los renglones:

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO PROVEEDOR	ALT.	PROVEEDOR
REGLON 1	1	0	MEDIFAR S.R.L
	2	0	ADVENIR SALUD S.A.S
REGLON 2	1	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.
	2	0	BAPROSIS S.R.L.
	3	1	BAPROSIS S.R.L.
	4	0	MEDIFAR S.R.L.
	5	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	6	0	ADVENIR SALUD S.A.S
REGLON 3	1	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.
	2	0	BAPROSIS S.R.L.
	3	1	BAPROSIS S.R.L.
	4	0	MEDIFAR S.R.L.
	5	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	6	0	ADVENIR SALUD S.A.S
REGLON 4	UNICA OFERTA	0	MEIDFAR S.R.L.
REGLON 5	1	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	2	0	BERCOR MEDICALS.A.
	3	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.
	4	0	BAPROSIS S.R.L.
	5	0	ADVENIR SALUD S.A.S
REGLON 6	1	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L
	2	0	ADVENIR SALUD S.A.S
	3	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
REGLON 7	1	0	MEDIFAR S.R.L
	2	0	BAPROSIS S.R.L.

En relación a los ítems con la leyenda “Oferta única”, se deja constancia que su precio no resulta Inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. N°674/11, Art. 34, Punto 58)

Dr. Claudio Granillo
Jefe de Servicio de Diálisis y Nefrología
Hospital Regional Río Grande

