

Handwritten signature and notes:
Ojos Snda
Diversos Componentes
Ni Depto. y Contratación
Hospital Regional Ushuaia

ANEXO

"Solicitud de Adquisición de Medidor de bilirrubina Transcutáneo para Servicio de Neonatología del HRU"

Renglón N°1: Un (1) Medidor de Bilirrubina Transcutáneo

Especificaciones técnicas

- Medidor de Bilirrubina Transcutáneo portátil
- Sistema de medición a base de tecnología LED o Xenón o similar
- Rango de medición: de 0 a 20 mg/dL o similar
- Precisión: +- 1,5 mg/dL o similar
- Pantalla táctil
- Debe poder almacenar como mínimo 20 muestras.
- Debe poseer software para identificar los pacientes
- Conexión a computadora mediante USB
- Alimentación a Baterías recargables

Accesorios mínimos

- Batería recargable.
- Cargador de batería.
- Estuche para su resguardo.
- Descartable para su primer uso.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL MOMENTO DE LA APERTURA SE DESESTIMARÁ LA OFERTA

NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.

NOTA 4: LO OFERTADO DEBERA POSEER GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-

NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON EL EQUIPO MANUALES DE USUARIO LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANOS, SE PERMITE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL.

NOTA 7: SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTO CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO NO INFERIOR A 5 AÑOS

Biong. Tuma Juliana Nair
Depto. De Gestión de TMZS
Ministerio de Salud TDF