



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 20/05/26 10:34:45  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Fecha: 20/05/26  
Compra Nº: 95/2026-525  
P.A.: Nº 10928 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 15/05/26 - 14:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	<b>401030211-1 COLPOSCOPIO UNIDAD</b>							
*	<p>CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>un (1) Colposcopio</p> <p>Especificaciones Generales:</p> <p>Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante</p> <p>Horas de vida media del LED aproximadas 50.000</p> <p>Base con mínimo 4 ruedas con freno</p> <p>Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°.</p> <p>Columna telescópica con altura regulable.</p> <p>Intensidad de luz regulable.</p> <p>Ocular gran angular con corrección de dioptrías.</p> <p>Foco fino integrado en el objetivo.</p> <p>Filtro verde, naranja y ámbar</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.</p> <p>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.</p> <p>NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.</p> <p>NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -</p>	1,00	0,00	0,00	2.167.012,00	2.167.012,00	0,00	0,00
	<p>INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA</p> <p>Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado</p> <p>Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.</p>							
	<p><b>D. Amp. I.: COLPOSCOPIO-COTIZA COLPOSCOPIO EKHONSON S3-FILTRO DE VERDE PARA EXENTO DE ROJO- VER DESCRIPCIÓN E IMAGENES ADJUNTAS</b></p> <p>[2026 525-117] CORRESPONDE COTIZAR:</p> <p>un (1) Colposcopio</p> <p>Especificaciones Generales:</p> <p>Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante</p> <p>Horas de vida media del LED aproximadas 50.000</p> <p>Base con mínimo 4 ruedas con freno</p> <p>Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°.</p> <p>Columna telescópica con altura regulable.</p> <p>Intensidad de luz regulable.</p> <p>Ocular gran angular con corrección de dioptrías.</p> <p>Foco fino integrado en el objetivo.</p> <p>Filtro verde, naranja y ámbar</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.</p> <p>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.</p> <p>NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.</p> <p>NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -</p>	1,00	0,00	0,00	2.170.161,00	2.170.161,00	0,00	0,00
	<p>INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA</p> <p>Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado</p>							



Fecha: 20/05/26  
Compra N°: 95/2026-525  
P.A.: N° 10928 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 15/05/26 - 14:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	------------	------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.

**D. Amp. I.:** COLPOSCOPIO-COTIZA COLPOSCOPIO BINOCULAR ESTEREOSCOPICO CON BASE RODANTE MOD.C-21 COLDEN-FILTRO VERDE-VER DESCRIPCIÓN E IMAGENES ADJUNTAS

[2026 525-117] CORRESPONDE COTIZAR:

un (1) Colposcopio

Especificaciones Generales:

Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante

Horas de vida media del LED aproximadas 50.000

Base con mínimo 4 ruedas con freno

Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°.

Columna telescópica con altura regulable.

Intensidad de luz regulable.

Ocular gran angular con corrección de dioptrías.

Foco fino integrado en el objetivo.

Filtro verde, naranja y ámbar

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.

NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.

NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	1	1,00	1,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
--------------------------------	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

Marca:

Laboratorio:

Estado Oferente: Habilitado

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.

**D. Amp. I.:** COLPOSCOPIO-COTIZA COLPOSCOPIO STANDARD EKHOSON S3-FILTRO DE VERDE PARA EXENTO DE ROJO-VER DESCRIPCION E IMAGEN ADJUNTA

[2026 525-117] CORRESPONDE COTIZAR:

un (1) Colposcopio

Especificaciones Generales:

Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante

Horas de vida media del LED aproximadas 50.000

Base con mínimo 4 ruedas con freno

Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°.

Columna telescópica con altura regulable.

Intensidad de luz regulable.

Ocular gran angular con corrección de dioptrías.

Foco fino integrado en el objetivo.

Filtro verde, naranja y ámbar

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.

NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.

NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 20/05/26 10:34:45  
Nº de Hoja: 3  
Cm0059

Fecha: 20/05/26  
Compra Nº: 95/2026-525  
P.A.: Nº 10928 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 15/05/26 - 14:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
BERCOR MEDICAL S.A		0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:						Estado Oferente: Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
<b>D. Amp. I.:</b>	COLPOSCOPIO-COTIZA MODELO C-21-FILTRO VERDE-VER DESCRIPCIÓN E IMAGEN ADJUNTA									
	[2026 525-117] CORRESPONDE COTIZAR:									
	un (1) Colposcopio									
	Especificaciones Generales:									
	Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante									
	Horas de vida media del LED aproximadas 50.000									
	Base con mínimo 4 ruedas con freno									
	Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°.									
	Columna telescópica con altura regulable.									
	Intensidad de luz regulable.									
	Ocular gran angular con corrección de dioptrías.									
	Foco fino integrado en el objetivo.									
	Filtro verde, naranja y ámbar									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.									
	NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.									
	NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
	NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.									
	NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -									
GERONIMO DOS SOLES S.A.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:						Estado Oferente: Habilitado			
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
<b>D. Amp. I.:</b>	COLPOSCOPIO-COTIZA Colposcopio Binocular (PM 1979-3) Marca: CardioSystem Modelo: ColpoScope+-Características Técnicas:• Óptica plana de gran definición importada de Alemania• Cabezal inclinado 45° que optimiza la ergonomía• Interpupilar variable para ajuste de distancia• Ocular giratorio para ajuste de dioptrías• Aumentos 13x• Distancia focal aproximado 28 cm• Posibilidad de cambio de oculares• Iluminación por lámpara LED• Tres intensidades de iluminación• Filtro de verde para exento de rojo• Cabezal montado sobre sistema de riñón y cremallera de bronce que otorga mayor precisión y evita desgaste• Sólida columna telescópica con altura regulable con resorte interior que preserva al cabezar de posible golpe por descuido en regulación de altura• Base con tren rodante de fácil desplazamiento con 5 patas estrella que otorgan mayor sustentabilidad minimizando posibles caídas accidentales-VER DESCRIPCIÓN ADJUNTA									
	[2026 525-117] CORRESPONDE COTIZAR:									
	un (1) Colposcopio									
	Especificaciones Generales:									
	Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante									
	Horas de vida media del LED aproximadas 50.000									
	Base con mínimo 4 ruedas con freno									
	Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°.									
	Columna telescópica con altura regulable.									
	Intensidad de luz regulable.									
	Ocular gran angular con corrección de dioptrías.									
	Foco fino integrado en el objetivo.									
	Filtro verde, naranja y ámbar									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.									



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 20/05/26 10:34:45  
Nº de Hoja: 4  
Cm0059

Fecha: 20/05/26  
Compra Nº: 95/2026-525  
P.A.: Nº 10928 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 15/05/26 - 14:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	<p>NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA. NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -</p>							
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	1,00	0,00	10.189.875,00	10.189.875,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado			
	Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.							
<b>D. Amp. I.:</b>	<p>COLPOSCOPIO-COTIZA COLPOSCOPIO BINOCULAR CON COLUMNA TELESCÓPICA MARCA ECLERIS-TRES FILTROS INCORPORADOS: VERDE,NARANJA Y NARANJA PROFUNDO-VER DESCRIPCIÓN E IMAGENES ADJUNTAS [2026 525-117] CORRESPONDE COTIZAR: un (1) Colposcopio Especificaciones Generales: Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante Horas de vida media del LED aproximadas 50.000 Base con mínimo 4 ruedas con freno Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°. Columna telescópica con altura regulable. Intensidad de luz regulable. Ocular gran angular con corrección de dioptrías. Foco fino integrado en el objetivo. Filtro verde, naranja y ámbar CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA. NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -</p>							
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	1,00	0,00	12.397.709,00	12.397.709,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado			
	Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.							
<b>D. Amp. I.:</b>	<p>COLPOSCOPIO-COTIZA Marca:ECLERIS Modelo:C200AIE-Serie:MICROSTAR C-200-Brazo neumático flotante de movimientos precisos-Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante, con 50.000 horas de vida media del LED-Unidad rodante, con 4 ruedas con freno. Opcional montaje a sillón ginecológico-Binoculares disponibles: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°-Filtros: verde, naranja y ámbar-Cambiador de aumentos de 5 pasos-Oculares gran angular con corrección de dioptrías-Foco fino integrado en el objetivo-No incluye sistema de video-VER DESCRIPCIÓN E IMAGENES ADJUNTAS [2026 525-117] CORRESPONDE COTIZAR: un (1) Colposcopio Especificaciones Generales: Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante Horas de vida media del LED aproximadas 50.000 Base con mínimo 4 ruedas con freno Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°. Columna telescópica con altura regulable. Intensidad de luz regulable. Ocular gran angular con corrección de dioptrías. Foco fino integrado en el objetivo.</p>							



GEN  
GTF

**PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 20/05/26 10:34:45  
Nº de Hoja: 5  
Cm0059

Fecha: 20/05/26

Compra Nº: 95/2026-525

P.A.: Nº 10928 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

Apertura 15/05/26 - 14:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertante	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	-----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Filtro verde, naranja y ámbar

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.

NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.

NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -

