



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

"2026 - 20° ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL N°26.206 DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL"

Ushuaia,

**Referencia:** E-10928-2026

### **INFORME TÉCNICO DE PRE-ADJUDICACIÓN COMPRA N°95/2026-525**

En la Ciudad de Tolhuin, a los 27 días del mes de mayo del 2026, a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra Nro. 95/2026, tramitada en el expediente E-10928-2026 S/ SOLICITUD DE ADQUISICION DE COLPOSCOPIO PARA SERVICIO DE GINECOLOGIA CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes plasmados en cuadro comparativo orden 64, y lo presentado en orden 42-45-47-48-49-50-51, y tomando en consideración lo solicitado en el anexo de especificaciones es que se procede a:

#### **AVALAR:**

- **PROVEEDOR ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO**, CUIT N°20-12284563-0 , se avalan los renglones: N° 1, (alt 00). Por cumplir características técnicas solicitadas, calidad, precio y plazo de entrega.
- **PROVEEDOR BOGDANICH MARIANO GERMAN**, CUIT N° 20-23462969-8, se avalan los renglones: N° 1, (alt 00). Por cumplir características técnicas solicitadas, calidad, precio y plazo de entrega

#### **NO AVALAR TÉCNICAMENTE:**

- **PROVEEDOR INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA**, CUIT N° 30-71543714-3, no se avalan los renglones: N° 1, (alt 00) y (alt 01). Por no cumplir características técnicas solicitadas.
- **PROVEEDOR ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO**, CUIT N° 20-12284563-0, no se avalan los renglones: N° 1, (alt 01). Por no cumplir características técnicas solicitadas
- **PROVEEDOR BERCOR MEDICAL SA**, CUIT N°30-71872984-6 , no se avalan los renglones: N° 1, (alt 00). Por no cumplir características técnicas solicitadas
- **PROVEEDOR GERONIMO DOS SOLES SA**, CUIT N° 30-71074856-6, no se avalan los renglones: N° 1, (alt 00). Por no cumplir características técnicas solicitadas

De igual modo, se aconseja pre adjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

<b>R</b>	<b>INSUMO</b>	<b>ORDEN DE MÉRITO</b>	<b>PROVEEDOR</b>
1	<p>Un colposcopio. Especificaciones Generales: Fuente de luz de LED de alta potencia, fría, blanca, brillante. Horas de vida media del LED aproximadas 50.000 . Base con mínimo 4 ruedas con freno. Binoculares disponibles ergonómicos: inclinado 45°, recto o inclinable 0-180°. Columna telescópica con altura regulable. Intensidad de luz regulable. Ocular gran angular con corrección de dioptrías. Foco fino integrado en el objetivo. Filtro verde, naranja y ámbar</p>	<p>1°</p> <p>2°</p>	<p>Renglón N° 1, (alt 00).:</p> <p><b>PROVEEDOR ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO</b>, CUIT N°20-12284563-0</p> <p>Renglón N° 1, (alt 00).:</p> <p><b>PROVEEDOR BOGDANICH MARIANO GERMAN</b>, CUIT N° 20-23462969-8</p>

**Ing. Weber Carina**

**Jefe Dpto. Ing. Hospitalaria TOLHUIN**

**Ministerio de Salud TDF**

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"*

