



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Hospital Regional Rio Grande  
Ministerio de Salud

## INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION COMPRA DIRECTA N° 47/2026 - 577

En la ciudad de Rio Grande, a los 17 días del mes de abril 2026 a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra directa N° 47/2025 - 577 tramitada por el Expediente N° 10414/202, referente a la "S/Solicitud insumos descartables para el Servicio de Esterilización- 30 días-", habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

### **AVALAR TÉCNICAMENTE**

- LABORATORIO IGALTEX S.R.L. CUIT: 30-61680618-8 Renglón 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 17
- EQUIPO GEMICO S.A. CUIT: 33-71492007-9 Renglón 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 y 17.

Renglón 12: Insumo **SOLUCION LUBRICANTE EN AEROSOL A BASE DE SILICONA X 400cc** es imprescindible porque **Evita grietas y envejecimiento:** Hidrata la goma, manteniéndola flexible y elástica. • **Garantiza sellado hermético:** Facilita el cierre de la puerta y evita fugas de vapor. • **Previene adhesión:** Impide que el burlete se pegue a la cámara y se dañe al abrir. • **Facilita el mantenimiento:** Prolonga la vida útil del burlete y reduce reemplazos.

- MEDIFAR S.R.L. CUIT: 30-71800743-3 Renglón. 1, insumos que requieren (cartucho de óxido de etileno de 3M tiene un código de barras único en 2D que es leído por el escáner de código de barras del esterilizador). Escanear el cartucho permite al esterilizador verificar el código del lote para asegurarse de que el cartucho es el correcto para el esterilizador.
- DINAMED BAHIA S.R.L. CUIT: 30-71196980-9 Renglón 3, 4, 6, 11 (\*), 14 y 15 (\*) Renglón 11, se sugiere primer orden de mérito por ser económicamente conveniente para el estado. Debido a que es caja cerrada y contiene 200 unidades.
- ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT: CUIT: 20-12284563-0 Renglón 3, 6, 11, 14 y 15
- GERONIMO DOS SOLES S.A. CUIT: CUIT: 30-71074856-6 Renglón 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 y 17

### **NO AVALAR TÉCNICAMENTE**

- EQUIPO GEMICO S.A. CUIT: 33-71492007-9  
Renglón: 1 Los mismos no pueden ser escaneados por el equipo
- DINAMED BAHIA S.R.L. CUIT: 30-71196980-9  
Renglón: 1 Los mismos no pueden ser escaneados por el equipo
- GERONIMO DOS SOLES S.A. CUIT: CUIT: 30-71074856-6  
Renglón: 1 Los mismos no pueden ser escaneados por el equipo
- ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT: CUIT: 20-12284563-0  
Renglón: 1 Los mismos no pueden ser escaneados por el equipo  
Renglón: 2 No se ajusta a lo solicitado por antecedente de uso, trae impureza

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO ALT. PROVEEDOR	ALT.	PROVEEDOR
RENLON 1	OFERTA UNICA	0	MEDIFAR S.R.L.
RENLON 2	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
RENLON 3	1°	0	DINAMED BAHIA S.R.L.



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Hospital Regional Rio Grande  
Ministerio de Salud

	2°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	3°	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	4°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 4	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	DINAMED BAHIA S.R.L.
	3°	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	4°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 5	1°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
	2°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
REGLON 6	1°	0	DINAMED BAHIA S.R.L.
	2°	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 7	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 8	1°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	2°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 9	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 10	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 11	1°	0	DINAMED BAHIA S.R.L.
	2°	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 12	OFERTA UNICA	0	EQUIPO GEMICO S.A.
REGLON 13	SIN EFECTO		
REGLON 14	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	DINAMED BAHIA S.R.L.
	4°	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	5°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 15	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	DINAMED BAHIA S.R.L.
	4°	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	5°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 16	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.
REGLON 17	1°	0	LABORATORIO IGALTEX S.R.L.
	2°	0	EQUIPO GEMICO S.A.
	3°	0	GERONIMO DOS SOLES S.A.

En relación a los ítems con la leyenda "Oferta única", se deja constancia que su precio no resulta Inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58).



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Hospital Regional Rio Grande  
Ministerio de Salud

**\*RENLÓN N° 13(Papel crepe rollo 3° generación de 120cm X100cm con indicador químico Vapor/Oe) Se deja sin efecto y dado que persiste la necesidad se tramitará por cuerda separada.**

Téc Sup Est. Oyarzun Andrea  
Jefe Servicio de Esterilización H.R.R.G

Firmado Electrónicamente por  
TECNICO OYARZUN ANDREA FABIANA  
Gobierno de Tierra del Fuego  
JEFE DE SERVICIO  
07/05/2026 10:43