



Impresión: 30/04/26 10:01:00  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Pliego	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Valor Total
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1

**D. Amp. I.:** Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos  
[2026 525-85] CORRESPONDE COTIZAR:  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA MARCA  
MEDITEA MODELO MAGNETHERP 330 NS 568008170630  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Procedimientos a realizar  
REEMPLAZO DE DISPLAY DIGITAL  
REEMPLAZO DE CABLES Y CONECTORES DE BOBINAS  
REEMPLAZO DE COMPONENTES QUE RINDAN EN LAS PRUEBAS DE EXIGENCIA  
DEL TRABAJO  
CONTROL DE FUGAS ELÉCTRICAS  
LIMPIEZA Y CONTROL DE SOLDADURAS DE PLAQUETA ELECTRÓNICA Y  
CONTACTOS DE CONECTORES  
SANITIZACIÓN DEL EQUIPO Y ACCESORIOS  
CONSIDERACIONES GENERALES  
NOTA 1: SE DEBERÁ RESPETAR UN PLAZO DE SEIS (6) MESES EN CONCEPTO DE GARANTÍA  
CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO. EN EL CASO EN QUE SE HAGA USO DE LA  
GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE  
ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.  
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-

Fecha: 30/04/26  
Compra Nº: 68/2026-525  
P.A.: Nº 27181 Letra E Año 2026 Ámbito 1728  
Apertura 29/04/26 - 12:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  
LUGAR DE PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE KINESIOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN CALLE AMEGHINO Nº709 - Rio Grande (9420), Tierra del Fuego AelAS