



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Hospital Regional Río Grande  
Ministerio de Salud

**INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION**  
**COMPRA DIRECTA N° 55/2026 - 577**

En la ciudad de Río Grande, a los 24 días del mes de abril de 2026 a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra directa N°55/2026- 577 tramitada por el Expediente N°25965/2026, referente a la S/ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODIALISIS - COBERTURA 30 DIAS - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

**AVALAR TÉCNICAMENTE**

- *MEDIFAR S.R.L. CUIT: 30-71800743-3 Renglones: 1, 2, 3, 4 y 5*
- *BAPROSIS S.R.L. CUIT: 30-71214356-4 Renglones: 3, 4 y 6.*
- *NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L CUIT: 30-54248232-6 Renglones: 3, 4, 6 y 7.*
- *BERCOR MEDICAL S.A. CUIT: 30-71872984-6 Renglón: 6 y 8.*
- *ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT: 20-12284563-0 Renglones: 5, 6, 7 y 8.*

**NO AVALAR TÉCNICAMENTE**

- **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT: 20-12284563-0 Renglones:**  
N°3: No se avala técnicamente debido que el insumo ofrecido presenta mayor índice de roturas, coagulación y entrada de aire en el sistema, lo que genera la activación de alarma en las máquinas.  
  
N°4: No se avala técnicamente debido que el insumo ofrecido presenta mayor índice de roturas, coagulación y entrada de aire en el sistema, lo que genera la activación de alarma en las máquinas
- **EQUIPO GEMICO S.A. CUIT: 33-71492007-9 Renglones:**  
N°3: No se avala técnicamente debido que el insumo ofrecido presenta mayor índice de roturas, coagulación y entrada de aire en el sistema, lo que genera la activación de alarma en las máquinas.  
  
N°4: No se avala técnicamente debido que el insumo ofrecido presenta mayor índice de roturas, coagulación y entrada de aire en el sistema, lo que genera la activación de alarma en las máquinas

En virtud de lo expuesto, se aconseja pre adjudicar los renglones:

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO PROVEEDOR	ALT.	PROVEEDOR
REGLON 1	UNICA OFERTA	0	MEDIFAR S.R.L.
REGLON 2	UNICA OFERTA	0	MEDIFAR S.R.L.
REGLON 3	1	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.
	2	0	MEDIFAR S.R.L.
	3	0	BAPROSIS S.R.L.



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Hospital Regional Río Grande  
Ministerio de Salud

REGLON 4	1	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.
	2	0	MEDIFAR S.R.L.
	3	0	BAPROSIS S.R.L.
REGLON 5	1	0	MEDIFAR S.R.L.
	2	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
REGLON 6	1	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.
	2	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	3	0	BERCOR MEDICAL S.A.
	4	0	BAPROSIS S.R.L.
REGLON 7	1	0	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.
	2	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
REGLON 8	1	0	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	2	0	BERCOR MEDICAL S.A.

En relación a los ítems con la leyenda “Oferta única”, se deja constancia que su precio no resulta Inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. N°674/11, Art. 34, Punto 58)

**Dr. Claudio Granillo**  
**Jefe de Servicio de Diálisis y Nefrología**  
**Hospital Regional Río Grande**

