



Fecha: 27/05/26
Compra Nº: 113/2026-525
P.A.: Nº 20047 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 21/05/26 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030030-1 Mantenimiento preventivo esterilizador Pesos							
*	<p>Corresponde cotizar: Esterilizador por óxido de Etileno marca 3M modelo Sterivac 5XL S/N 722691 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se debe realizar mantenimiento preventivo que contemple los siguientes procedimientos y repuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> o desarme y limpieza del sistema neumático o desarme y limpieza sistema de preacondicionado de etileno-agua-aire. o Desarme y limpieza de venturi o Control de pérdidas del mecanismo de pinchado. o Control de funcionamiento, realizado por medio de test de control sistematizados y controlados por el equipo. • Repuestos: <ul style="list-style-type: none"> o 1 (uno) Filtro bacterial. o 1 (uno) Filtro coalescente fino y ultrafino para línea de aire comprimido. o 1 (uno) Seal cartridge. o 1 (uno) O-ring kit Check valve. o 3 (tres) Kit reparación Peter Paul solenoide. <p>CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TODO DATO CONDUCENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega es de treinta (30) días corridos contados a partir de la notificación de la orden de compra. Lugar de trabajo: Servicio de Esterilización Hospital Regional Río Grande, sito en calle: Ameghino 709 de la ciudad de Río Grande TDF, CP: 9420</p>							
	SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	8.252.410,00	8.252.410,00	0,00
	<p>Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado</p> <p>Plazo de Entrega: 30 días corridos desde la notificación de la Orden de Compra.</p> <p>D. Amp. I.: Mantenimiento preventivo esterilizador - COTIZA (Según presupuesto adjunto) [2026 525-131] Corresponde cotizar: Esterilizador por óxido de Etileno marca 3M modelo Sterivac 5XL S/N 722691 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se debe realizar mantenimiento preventivo que contemple los siguientes procedimientos y repuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> o desarme y limpieza del sistema neumático o desarme y limpieza sistema de preacondicionado de etileno-agua-aire. o Desarme y limpieza de venturi o Control de pérdidas del mecanismo de pinchado. o Control de funcionamiento, realizado por medio de test de control sistematizados y controlados por el equipo. • Repuestos: <ul style="list-style-type: none"> o 1 (uno) Filtro bacterial. o 1 (uno) Filtro coalescente fino y ultrafino para línea de aire comprimido. o 1 (uno) Seal cartridge. o 1 (uno) O-ring kit Check valve. 							



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 27/05/26 13:40:13
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Fecha: 27/05/26

Compra Nº: 113/2026-525

P.A.: Nº 20047 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

Apertura 21/05/26 - 12:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertante	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	-----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

o 3 (tres) Kit reparación Peter Paul solenoide.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TODO DATO CONDUCENTE CON ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA.

NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.

Plazo de entrega es de treinta (30) días corridos contados a partir de la notificación de la orden de compra.

Lugar de trabajo: Servicio de Esterilización Hospital Regional Río Grande, sito en calle: Ameghino 709 de la ciudad de Río Grande TDF, CP: 9420

