



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Código		Insumo	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1		401030182-1 Cardiodesfibrilador Unidad									
*		Cardiodesfibrilador CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Forma de onda bifásica Truncada Exponencial (BTE). Compensación de impedancia automática, rango de impedancia de 20 a 22 ohm. Rango de carga: de 1 a 360J. Tiempo de carga: de 5 a 10 segundos dependiendo del valor de carga. Cardioversión sincronizada. Marcapaso no invasivo: Onda cuadrada de pulso. Ancho de pulso: 20 ms +/- 5%. Período de reamado: 200 a 300 ms. Rango de ritmo: de 40 ppm a 150 ppm +/- 1,5%. Modo DEA: Configuración a cargo del usuario. Salida de 100 a 360J. Serie de descarga: 1, 2 y 3 configurable. Monitorización ECG: Cable: 3 o 5 latiguillos tipo snap. Selección de señal: I, II, III, aVL, aVF, V. Monitorización para pediátrico y adulto con resolución de 1 lpm. Alarma de arritmia y bradicardia modificables. Respiración por impedancia. Alarmas visibles, audibles y sonoras. Alimentación: 220 V 50 Hz. Accesorios mínimos: Cable de alimentación. Batería. Paletas adulo y pediátrico con botones de carga y descarga. Cable ECG: 3 ó 5 latiguillos. Cable para parche DEA. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.									



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Fecha: 23/05/26
 Compra N°: 82/2026-525
 P.A.: N° 18885 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
 Apertura 08/05/26 - 12:00
 Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor.								
	Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.-								
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	4,00	0,00	0,00	8.737.872,00	8.737.872,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	Cardiodesfibrilador - COTIZA (Segun formulario, presupuesto y folletos adjuntos)								
	[2026 525-105] Cardiodesfibrilador								
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
	Descripción:								
	Forma de onda bifásica Truncada Exponencial (BTE).								
	Compensación de impedancia automática, rango de impedancia de 20 a 22 ohm.								
	Rango de carga: de 1 a 360J.								
	Tiempo de carga: de 5 a 10 segundos dependiendo del valor de carga.								
	Cardioversión sincronizada.								
	Marcapaso no invasivo:								
	Onda cuadrada de pulso.								
	Ancho de pulso: 20 ms +/- 5%.								
	Período de reamado: 200 a 300 ms.								
	Rango de ritmo: de 40 ppm a 150 ppm +/- 1,5%.								
	Modo DEA:								
	Configuración a cargo del usuario.								
	Salida de 100 a 360J.								
	Serie de descarga: 1, 2 y 3 configurable.								
	Monitorización ECG:								
	Cable: 3 o 5 latiguillos tipo snap.								
	Selección de señal: I, II, III, aVL, aVF, V.								
	Monitorización para pediátrico y adulto con resolución de 1 lpm.								
	Alarma de arritmia y bradicardia modificables.								
	Respiración por impedancia.								
	Alarmas visibles, audibles y sonoras.								
	Alimentación: 220 V 50 Hz.								
	Accesorios mínimos:								
	Cable de alimentación.								
	Batería.								
	Paletas adulo y pediátrico con botones de carga y descarga.								
	Cable ECG: 3 ó 5 latiguillos.								
	Cable para parche DEA.								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCTENTE.								
	DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO.								
	NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.								



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Reoglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
<div>NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.</div> <div>NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.</div> <div>Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor.</div> <div>Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.-</div> <div>BOGDANICH, MARIANO GERMAN01,004,000,000,008.919.852,008.919.852,000,000,00</div> <div>Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado</div> <div>Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.</div> <div><div>D. Amp. I.:</div><div>Cardiodesfibrilador - COTIZA (Segun formulario y folletos adjuntos)</div><div>[2026 525-105] Cardiodesfibrilador</div><div>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</div><div>Descripción:</div><div>Forma de onda bifásica Truncada Exponencial (BTE).</div><div>Compensación de impedancia automática, rango de impedancia de 20 a 22 ohm.</div><div>Rango de carga: de 1 a 360J.</div><div>Tiempo de carga: de 5 a 10 segundos dependiendo del valor de carga.</div><div>Cardioversión sincronizada.</div><div>Marcapaso no invasivo:</div><div>Onda cuadrada de pulso.</div><div>Ancho de pulso: 20 ms +/- 5%.</div><div>Período de reamado: 200 a 300 ms.</div><div>Rango de ritmo: de 40 ppm a 150 ppm +/- 1,5%.</div><div>Modo DEA:</div><div>Configuración a cargo del usuario.</div><div>Salida de 100 a 360J.</div><div>Serie de descarga: 1, 2 y 3 configurable.</div><div>Monitorización ECG:</div><div>Cable: 3 o 5 latiguillos tipo snap.</div><div>Selección de señal: I, II, III, aVL, aVF, V.</div><div>Monitorización para pediátrico y adulto con resolución de 1 lpm.</div><div>Alarma de arritmia y bradicardia modificables.</div><div>Respiración por impedancia.</div><div>Alarmas visibles, audibles y sonoras.</div><div>Alimentación: 220 V 50 Hz.</div><div>Accesorios mínimos:</div><div>Cable de alimentación.</div><div>Batería.</div><div>Paletas adulo y pediátrico con botones de carga y descarga.</div><div>Cable ECG: 3 ó 5 latiguillos.</div><div>Cable para parche DEA.</div><div>CONSIDERACIONES GENERALES</div><div>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</div></div>									



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Código		Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
		<p>EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor. Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.-</p>									
BERCOR MEDICAL S.A		0	1,00	4,00	0,00	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
	Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente:	Habilitado				
	Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	Cardiodesfibrilador - COTIZA C-15 E6M (Segun formulario y folletos adjuntos)										
	[2026 525-105] Cardiodesfibrilador										
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
	Descripción:										
	Forma de onda bifásica Truncada Exponencial (BTE).										
	Compensación de impedancia automática, rango de impedancia de 20 a 22 ohm.										
	Rango de carga: de 1 a 360J.										
	Tiempo de carga: de 5 a 10 segundos dependiendo del valor de carga.										
	Cardioversión sincronizada.										
	Marcapaso no invasivo:										
	Onda cuadrada de pulso.										
	Ancho de pulso: 20 ms +/- 5%.										
	Período de reamado: 200 a 300 ms.										
	Rango de ritmo: de 40 ppm a 150 ppm +/- 1,5%.										
	Modo DEA:										
	Configuración a cargo del usuario.										
	Salida de 100 a 360J.										
	Serie de descarga: 1, 2 y 3 configurable.										
	Monitorización ECG:										
	Cable: 3 o 5 latiguillos tipo snap.										
	Selección de señal: I, II, III, aVL, aVF, V.										
	Monitorización para pediátrico y adulto con resolución de 1 lpm.										
	Alarma de arritmia y bradicardia modificables.										
	Respiración por impedancia.										
	Alarmas visibles, audibles y sonoras.										
	Alimentación: 220 V 50 Hz.										
	Accesorios mínimos:										
	Cable de alimentación.										
	Batería.										
	Paletas adulo y pediátrico con botones de carga y descarga.										



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 5
Cm0059

Categoría		Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
Equipos de Diagnóstico y Monitoreo	D. Amp. I.: Cardiodesfibrilador - COTIZA PROGETTI MEDICAL EQUIPMENT SOLUTIONS (Segun formulario, presupuesto y folletos adjuntos) [2026 525-105] Cardiodesfibrilador CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Forma de onda bifásica Truncada Exponencial (BTE). Compensación de impedancia automática, rango de impedancia de 20 a 22 ohm. Rango de carga: de 1 a 360J. Tiempo de carga: de 5 a 10 segundos dependiendo del valor de carga. Cardioversión sincronizada. Marcapaso no invasivo: Onda cuadrada de pulso. Ancho de pulso: 20 ms +/- 5%. Período de reamado: 200 a 300 ms. Rango de ritmo: de 40 ppm a 150 ppm +/- 1,5%. Modo DEA: Configuración a cargo del usuario. Salida de 100 a 360J. Serie de descarga: 1, 2 y 3 configurable. Monitorización ECG: Cable: 3 o 5 latiguillos tipo snap. Selección de señal: I, II, III, aVL, aVF, V. Monitorización para pediátrico y adulto con resolución de 1 lpm. Alarma de arritmia y bradicardia modificables. Respiración por impedancia. Alarmas visibles, audibles y sonoras.	Cable ECG: 3 ó 5 latiguillos. Cable para parche DEA. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor. Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.-	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	4,00	0,00	0,00	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00	0,00	
		Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado									
		Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.											



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 7
Cm0059

[illegible]

Equipo Desfibrilador Externo Automático DEA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:

Equipo DEA.

De encendido automático.

Deberá presentar indicaciones luminosas y sonoras.

Poseer indicaciones de estado de insumos.

Posibilidad de uso adulto o pediátrico.

Poseer almacenaje de eventos.

Detección de tipo de electrodos.

Apto para uso automático o semiautomático.

Las baterías y parches deberán tener una duración mínima de 3 años o más.

Insumos Mínimos:

1 (uno) Juego de Electrodos adultos.

1 (uno) juego de Electrodos pediátrico.

1 (uno) Soporte o gabinete de pared.

Manual de usuario.



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 8
Cm0059

Renglón		Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor. Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.										
SERVICIOS INSA BBP SRL		0	1,00	2,00	0,00	0,00	3.059.021,00	3.059.021,00		0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:				Estado Oferente:	Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.											
D. Amp. I.:	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - COTIZA (Segun formulario y cotizacion adjunta) [2026 525-105] Equipo Desfibrilador Externo Automático DEA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Equipo DEA. De encendido automático. Deberá presentar indicaciones luminosas y sonoras. Poseer indicaciones de estado de insumos. Posibilidad de uso adulto o pediátrico. Poseer almacenaje de eventos. Detección de tipo de electrodos. Apto para uso automático o semiautomático. Las baterías y parches deberán deberán tener una duración mínima de 3 años o más. Insumos Mínimos: 1 (uno) Juego de Electrodos adultos. 1 (uno) juego de Electrodos pediátrico. 1 (uno) Soporte o gabinete de pared. Manual de usuario.										
	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO										



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 9
Cm0059

Categoría		Insumo		Categoría						
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
SERVICIOS INSA BBP SRL	DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor. Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.									
	1	1,00	2,00	0,00	0,00	3.269.021,00	3.269.021,00	0,00	0,00	
Marca:		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COTIZA DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI - AUTOMATICO (Segun formulario y cotizacion adjunta)									
[2026 525-105] Equipo Desfibrilador Externo Automático DEA										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
Descripción:										
Equipo DEA.										
De encendido automático.										
Deberá presentar indicaciones luminosas y sonoras.										
Poseer indicaciones de estado de insumos.										
Posibilidad de uso adulto o pediátrico.										
Poseer almacenaje de eventos.										
Detección de tipo de electrodos.										
Apto para uso automático o semiautomático.										
Las baterías y parches deberán deberán tener una duración mínima de 3 años o más.										
Insumos Mínimos:										
1 (uno) Juego de Electrodos adultos.										
1 (uno) juego de Electrodos pediátrico.										
1 (uno) Soporte o gabinete de pared.										
Manual de usuario.										
CONSIDERACIONES GENERALES										
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO.										
NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.										
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.										
NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.										
Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor.										
Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.										
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	2,00	0,00	0,00	3.411.009,00	3.411.009,00	0,00	0,00	
Marca:		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 10
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.

D. Amp. I.: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - COTIZA HEARTSAVE (Segun formulario, presupuesto y folletos adjuntos)
[2026 525-105] Equipo Desfibrilador Externo Automático DEA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:
Equipo DEA.
De encendido automático.
Deberá presentar indicaciones luminosas y sonoras.
Poseer indicaciones de estado de insumos.
Posibilidad de uso adulto o pediátrico.



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 11
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.

D. Amp. I.: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - COTIZA A16 - PM N°1230-15 (Segun Formulario y folletos adjuntos)
[2026 525-105] Equipo Desfibrilador Externo Automático DEA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:
Equipo DEA.
De encendido automático.
Deberá presentar indicaciones luminosas y sonoras.
Poseer indicaciones de estado de insumos.
Posibilidad de uso adulto o pediátrico.
Poseer almacenaje de eventos.
Detección de tipo de electrodos.
Apto para uso automático o semiautomático.
Las baterías y parches deberán tener una duración mínima de 3 años o más.

Insumos Mínimos:

- 1 (uno) Juego de Electrodos adultos.
- 1 (uno) juego de Electrodos pediátrico.
- 1 (uno) Soporte o gabinete de pared.

Manual de usuario.



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 12
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor. Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.									
MEDIFAR SRL	0	1,00	2,00	0,00	0,00	4.495.750,00	4.495.750,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:									
Estado Oferente: Habilitado										
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.										
D. Amp. I.:	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - COTIZA CARDIOLIFE AED-3100K (Segun formulario de cotizacion adjunto)									
	[2026 525-105] Equipo Desfibrilador Externo Automático DEA									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
	Descripción:									
	Equipo DEA.									
	De encendido automático.									
	Deberá presentar indicaciones luminosas y sonoras.									
	Poseer indicaciones de estado de insumos.									
	Posibilidad de uso adulto o pediátrico.									
	Poseer almacenaje de eventos.									
	Detección de tipo de electrodos.									
	Apto para uso automático o semiautomático.									
	Las baterías y parches deberán deberán tener una duración mínima de 3 años o más.									
	Insumos Mínimos:									
	1 (uno) Juego de Electrodos adultos.									
	1 (uno) juego de Electrodos pediátrico.									
	1 (uno) Soporte o gabinete de pared.									
	Manual de usuario.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE.									
	DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO.									
	NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.									
	NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO									



Impresión: 23/05/26 12:33:39
Nº de Hoja: 13
Cm0059

renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor. Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.								
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	4.618.250,00	4.618.250,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - COTIZA (Segun formulario y folletos adjuntos) [2026 525-105] Equipo Desfibrilador Externo Automático DEA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Equipo DEA. De encendido automático. Deberá presentar indicaciones luminosas y sonoras. Poseer indicaciones de estado de insumos. Posibilidad de uso adulto o pediátrico. Poseer almacenaje de eventos. Detección de tipo de electrodos. Apto para uso automático o semiautomático. Las baterías y parches deberán deberán tener una duración mínima de 3 años o más. Insumos Mínimos: 1 (uno) Juego de Electrodo adultos. 1 (uno) juego de Electrodo pediátrico. 1 (uno) Soporte o gabinete de pared. Manual de usuario. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. DEBERÁ PRESENTAR P.M. DE ANMAT HABILITADO DEL PRODUCTO MÉDICO OFERTADO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: treinta (30) días de conformada la orden de compra por el proveedor. Lugar de entrega: División Pañol Zona Sur, 12 de Octubre N.º 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.								

