



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 05/06/26 09:08:51
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Fecha: 05/06/26
Compra Nº: 97/2026-525
P.A.: Nº 19873 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 21/05/26 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	<p>INTENSIDAD Ultrasónica aprox: 0,5 W/cm2 a 3,5 W/cm2, ajustable PESO aprox: 3 Kgs. PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MONITOR LCD CABEZAL ERGONOMICO ULTRALIVIANO AISLADO PARA APLICACIONES SUBCUTANEAS ACCESORIOS MÍNIMOS 1 Cabezal aplicador de 1 Mhz. 1 Cable de alimentación. 1 Manual de instrucciones. 1 Gel neutro CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. NOTA 5: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO COMPLETOS Y EN CASTELLANO. ADEMÁS, DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO. NOTA 6: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR SUS CARACTERÍSTICAS Y NO SON EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OF PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DEPÓSITO CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9412</p>							
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	2,00	0,00	877.151,00	877.151,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado			
	Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.							
D. Amp. I.:	<p>EQUIPO DE ULTRASONIDO-COTIZA NEO ESTETICA-VER DESCRIPCION ADJUNTA [2026 525-107] CORRESPONDE COTIZAR: Ultrasonido 1 Mhz CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: CONEXIÓN DE RED 220 V AC 50/60 Hz CONSUMO DE POTENCIA 30 W PROTECCIÓN Clase 1 FRECUENCIA de trabajo aprox: 1 megaHertz TIPO DE EMISIÓN Continua o Pulsante INTENSIDAD Ultrasónica aprox: 0,5 W/cm2 a 3,5 W/cm2, ajustable PESO aprox: 3 Kgs. PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MONITOR LCD CABEZAL ERGONOMICO ULTRALIVIANO AISLADO PARA APLICACIONES SUBCUTANEAS ACCESORIOS MÍNIMOS 1 Cabezal aplicador de 1 Mhz. 1 Cable de alimentación. 1 Manual de instrucciones.</p>							



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 05/06/26 09:08:51
Nº de Hoja: 5
Cm0059

Fecha: 05/06/26
Compra Nº: 97/2026-525
P.A.: Nº 19873 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 21/05/26 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	<p>1 Gel neutro</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.</p> <p>NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.</p> <p>NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.</p> <p>NOTA 5: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO COMPLETOS Y EN CASTELLANO. ADEMÁS, DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.</p> <p>NOTA 6: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR SUS CARACTERÍSTICAS Y NO SON EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OF</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DEPÓSITO CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9412</p>								
MEDITEA ELECTROMEDICA S.R.L.		0	1,00	2,00	0,00	1.247.736,00	1.247.736,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.									
D. Amp. I.:	EQUIPO DE ULTRASONIDO-COTIZA EQUIPO SONOTHERP 990 1MHZ EMPRESA MEDITEA-VER DOCUMENTACION E IMAGENES ADJUNTAS								
	[2026 525-107] CORRESPONDE COTIZAR: Ultrasonido 1 Mhz								
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
	Descripción:								
	CONEXIÓN DE RED 220 V AC 50/60 Hz								
	CONSUMO DE POTENCIA 30 W								
	PROTECCIÓN Clase 1								
	FRECUENCIA de trabajo aprox: 1 megaHertz								
	TIPO DE EMISIÓN Continua o Pulsante								
	INTENSIDAD Ultrasónica aprox: 0,5 W/cm2 a 3,5 W/cm2, ajustable								
	PESO aprox: 3 Kgs.								
	PROGRAMAS PREESTABLECIDOS								
	MONITOR LCD								
	CABEZAL ERGONOMICO ULTRALIVIANO AISLADO PARA APLICACIONES SUBCUTANEAS								
	ACCESORIOS MÍNIMOS								
	1 Cabezal aplicador de 1 Mhz.								
	1 Cable de alimentación.								
	1 Manual de instrucciones.								
	1 Gel neutro								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.								
	NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.								
	NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.								
	NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.								
	NOTA 5: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO COMPLETOS Y EN CASTELLANO. ADEMÁS, DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.								



Fecha: 05/06/26
Compra Nº: 97/2026-525
P.A.: Nº 19873 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 21/05/26 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

NOTA 6: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR SUS CARACTERÍSTICAS Y NO SON EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OF PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA:

DEPÓSITO CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9412

18 401030351-1 Generador compacto de ondas interferenciales y corrientesrusas Unidad

*

CORRESPONDE COTIZAR: Ondas Rusas + cuadradas + tens 4 canales

ELECTROESTIMULADOR para tratamiento del dolor, traumatismos y rehabilitación.

Equipo de electroanalgesia por TENS en todas sus modalidades, 4 canales. El tratamiento con electroanalgesia o TENS es una modalidad terapéutica ampliamente difundida en el tratamiento del dolor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:

Programas aproximados: 3 opciones configurables (modificación de parámetros como rampa, tiempo y frecuencia).

Ondas Rusas (Kotz): Estimulación de alta frecuencia (APROX 2500 Hz) para fortalecimiento profundo e hipertrofia.

Ondas Cuadradas: Ideales para modelación, flacidez y estimulación muscular directa.

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation): Corrientes analgésicas para tratamiento del dolor agudo y crónico.

ACCESORIOS MÍNIMOS

Accesorios: incluye 8 electrodos corporales (4 de 95mm, 4 de 65mm), electrodo facial, cables de salida y bandas de sujeción

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.

NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.

NOTA 5: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO COMPLETOS Y EN CASTELLANO. ADEMÁS, DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.

NOTA 6: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR SUS CARACTERÍSTICAS Y NO SON EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OF PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: DEPÓSITO CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9412

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	782.387,00	782.387,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado								

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.

D. Amp. I.: Generador compacto de ondas interferenciales y corrientesrusas-COTIZA ECAM-VER DESCRIPCION ADJUNTA

[2026 525-107] CORRESPONDE COTIZAR: Ondas Rusas + cuadradas + tens 4 canales

ELECTROESTIMULADOR para tratamiento del dolor, traumatismos y rehabilitación.

Equipo de electroanalgesia por TENS en todas sus modalidades, 4 canales. El tratamiento con electroanalgesia o TENS es una modalidad terapéutica ampliamente difundida en el tratamiento del dolor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:

Programas aproximados: 3 opciones configurables (modificación de parámetros como rampa, tiempo y frecuencia).

Ondas Rusas (Kotz): Estimulación de alta frecuencia (APROX 2500 Hz) para fortalecimiento profundo e hipertrofia.

Ondas Cuadradas: Ideales para modelación, flacidez y estimulación muscular directa.

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation): Corrientes analgésicas para tratamiento del dolor agudo y crónico.

ACCESORIOS MÍNIMOS

Accesorios: incluye 8 electrodos corporales (4 de 95mm, 4 de 65mm), electrodo facial, cables de salida y bandas de sujeción

CONSIDERACIONES GENERALES



Fecha: 05/06/26
Compra N°: 97/2026-525
P.A.: N° 19873 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 21/05/26 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
 NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
 NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
 NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.
 NOTA 5: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO COMPLETOS Y EN CASTELLANO. ADEMÁS, DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
 NOTA 6: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR SUS CARACTERÍSTICAS Y NO SON EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OF PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
 LUGAR DE ENTREGA: DEPÓSITO CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9412

MEDITEA ELECTROMEDICA S.R.L.	0	1,00	3,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado								

Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.

D. Amp. I.: Generador compacto de ondas interferenciales y corrientesrusas-COTIZA EQUIPO NEUROTENS EMPRESA MEDITEA-VER DOCUMENTACION E IMAGENES ADJUNTAS

[2026 525-107] CORRESPONDE COTIZAR: Ondas Rusas + cuadradas + tens 4 canales

ELECTROESTIMULADOR para tratamiento del dolor, traumatismos y rehabilitación.

Equipo de electroanalgesia por TENS en todas sus modalidades, 4 canales. El tratamiento con electroanalgesia o TENS es una modalidad terapéutica ampliamente difundida en el tratamiento del dolor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:

Programas aproximados: 3 opciones configurables (modificación de parámetros como rampa, tiempo y frecuencia).

Ondas Rusas (Kotz): Estimulación de alta frecuencia (APROX 2500 Hz) para fortalecimiento profundo e hipertrofia.

Ondas Cuadradas: Ideales para modelación, flacidez y estimulación muscular directa.

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation): Corrientes analgésicas para tratamiento del dolor agudo y crónico.

ACCESORIOS MÍNIMOS

Accesorios: incluye 8 electrodos corporales (4 de 95mm, 4 de 65mm), electrodo facial, cables de salida y bandas de sujeción

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.

NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.

NOTA 5: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO COMPLETOS Y EN CASTELLANO. ADEMÁS, DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.

NOTA 6: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR SUS CARACTERÍSTICAS Y NO SON EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OF PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: DEPÓSITO CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9412

