



Impresión: 01/09/26 15:40:36
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Reenglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	290060008-27 Rep y acc Monitor multiparametrico Pesos									
*	Memoria interna compatible con Monitor Multiparamétrico marca GE modelo Cardiocap/5 Especificaciones técnicas mínimas Memoria interna compatible con Monitor Multiparamétrico marca General Electric modelo Cardiocap/5 Tipo de encapsulado: Carcasa SH Interfaz de 4 pines horizontales insertables en placa Diseñado para montarse sobre encapsulado SOIC Batería de litio-monofluoruro de carbono (LICF) CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega es de treinta (30) días de conformada la orden de compra lugar de entrega es el Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle Av. 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelIAS.-									
JAEJ S.A.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	379.973,00	379.973,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado								
D. Amp. I.:	Rep y acc Monitor multiparametrico [2026 525-265] Memoria interna compatible con Monitor Multiparamétrico marca GE modelo Cardiocap/5 Especificaciones técnicas mínimas Memoria interna compatible con Monitor Multiparamétrico marca General Electric modelo Cardiocap/5 Tipo de encapsulado: Carcasa SH Interfaz de 4 pines horizontales insertables en placa Diseñado para montarse sobre encapsulado SOIC Batería de litio-monofluoruro de carbono (LICF) CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega es de treinta (30) días de conformada la orden de compra lugar de entrega es el Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas Zona Sur, Calle Av. 12 de Octubre N° 65, Ciudad de Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelIAS.-									
2	290060008-4 Rep y acc de maq de anestesia Pesos									
*	Regulador de Presión de oxígeno compatible con Mesa de Anestesia marca GE modelo Aespire 7100 Especificaciones técnicas mínimas Regulador de presión de oxígeno compatible con Mesa de Anestesia marca GE modelo Aespire 7100 Regulador compatible con botón “Flush” Rango de flujo resultante de 25 a 75 l/min Rango de presión de entrada de 50 a 3000 KPa CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR El plazo de entrega es de treinta (30) días de conformada la orden de compra									

