Hospital Regional Río Grande
Servicio de Anatomía Patológica

Río Grande, 29 de Octubre de 2026.-

Referencia: Aval Técnico Exp. N° 88697/ MS 2026

División Compras- HRRG

S / D.-

INFORME TÉCNICO

En la ciudad de Río Grande, a los 29 días del mes de octubre de 2026, a fin de analizar las Ofertas recibidas, tramitadas por el Expediente Nº 5483/2026, referente a la adquisición de insumos, habiéndose analizada técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a Avalar las mismas.

AVALAR TÉCNICAMENTE

- DROFAST S.R.L - CUIT Nº: 30-70803111-5.
  Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

NO AVALAR TÉCNICAMNETE

- DROFAST S.R.L - CUIT Nº: 30-70803111-5.
  Renglones: 8.
- VURIMED S.R.L. – CUIT N° 20-71772115-9.
  Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los reactivos BioGenex no son aptos para el equipo (VENTANA), debido a que los sistemas Roche están desarrollados para trabajar con insumos propios y validados por la marca. En consecuencia, no se asegura la compatibilidad ni el correcto funcionamiento con productos de otros fabricantes.

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ÓRDEN DE MÉRITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
1	1	**0**	DROFAST S.R.L CUIT Nº: 30-70803111-5
2	1	**0**	DROFAST S.R.L CUIT Nº: 30-70803111-5
3	1	**0**	DROFAST S.R.L CUIT Nº: 30-70803111-5
4	1	**0**	DROFAST S.R.L CUIT Nº: 30-70803111-5
5	1	**0**	DROFAST S.R.L CUIT Nº: 30-70803111-5
6	1	**0**	DROFAST S.R.L CUIT Nº: 30-70803111-5
7	1	**0**	DROFAST S.R.L CUIT Nº: 30-70803111-5

En relación a los ítems con la leyenda “Oferta Única”, se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11, Art 34, Punto 58).

Se deja constancia que en el caso del renglón N° 8, persiste la necesidad de contar con el insumo, por lo que se tramitara por cuerda separada su adquisición.

BIOQ. FERNANDO ABRAHAM GONZA
JEFE DE DEPTO DE DIAGNOSTICO y TRAT. H.R.R.G.

Firmado Electrónicamente por
- ASTUDILLO FABIANA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE SERVICIO
29/10/2026 11:53

Firmado Electrónicamente por
JEFE DE DEPARTAMENTO GONZA ABRAHAM FERNANDO DAVID
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
30/10/2026 09:28