Fecha: 12/11/26

Compra N°: 336/2026-525

P.A.: Nº 48604 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 27/10/26 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **300030030-17 MANTENIMIENTO PREV.-CORRECTIVO AUTOCLAVE Pesos**

***** REVISIÓN GENERAL Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUTOCLAVE
MARCA JP SELETA MODELO AUTOESTER ST DRY III LOCALIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CENTRAL DEL HRRG.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Se deberá realizar revisión general, evaluación técnica, tareas de diagnóstico y verificación de funcionamiento del sistema de carga automática de agua del calderín correspondiente al autoclave marca JP Selecta modelo Autester ST Dry III localizado en el Servicio de Laboratorio Central del HRRG.
- La intervención deberá contemplar inspección eléctrica, electrónica y mecánica del sistema de alimentación de agua, evaluación de componentes asociados y pruebas de funcionamiento.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TODO DATO CONDUCENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
Plazo de entrega:Treinta (30) días desde la notificación de la orden de compra
Lugar de procedimiento:Servicio de Laboratorio Central del Hospital de Río Grande - Tierra del Fuego, sito en calle: Mackinlay y Piedrabuena - CP: 9420.

BIOQUIMICA S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	4.514.000,00	4.514.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: MANTENIMIENTO PREV.-CORRECTIVO AUTOCLAVE
[2026 525-369] REVISIÓN GENERAL Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUTOCLAVE
MARCA JP SELETA MODELO AUTOESTER ST DRY III LOCALIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CENTRAL DEL HRRG.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Se deberá realizar revisión general, evaluación técnica, tareas de diagnóstico y verificación de funcionamiento del sistema de carga automática de agua del calderín correspondiente al autoclave marca JP Selecta modelo Autester ST Dry III localizado en el Servicio de Laboratorio Central del HRRG.
- La intervención deberá contemplar inspección eléctrica, electrónica y mecánica del sistema de alimentación de agua, evaluación de componentes asociados y pruebas de funcionamiento.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TODO DATO CONDUCENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
Plazo de entrega:Treinta (30) días desde la notificación de la orden de compra
Lugar de procedimiento:Servicio de Laboratorio Central del Hospital de Río Grande - Tierra del Fuego, sito en calle: Mackinlay y Piedrabuena - CP: 9420.